



检测报告

报告编号

WXEPD230614346004CS

第 1 页 共 5 页

委托单位 无锡金鹏水处理有限公司

受检客户名称 无锡金鹏水处理有限公司

受检客户地址 无锡市惠山区钱桥镇胜丰工业园

检测性质 委托检测

检测类别 废水

编制:

韩明度

复核:

朱敏怡

审核:

签发:



孙晨雅

2023.06.17

采样日期: 2023 年 6 月 7 日

检测日期: 2023 年 6 月 7~13 日

检测报告

报告编号 WXEPD230614346004CS

第 2 页 共 5 页

客户信息:

联系人	联系方式
华一东	13961755886

样品信息:

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
废水	详见 (1)	李东旭 李洲	瞬时	详见 (1)

附图:



说明: ★废水采样点

检测报告

报告编号

WXEPD230614346004CS

第 3 页 共 5 页

检测结果:
(1) 废水

检测点	检测项目	结果			标准 限值	单位	评价	样品 状态
		第一次	第二次	第三次				
DW001 污水排 放口	pH 值	8.2 (水温 20.9℃)	8.1 (水温 21.0℃)	8.2 (水温 20.3℃)	6~9	无量纲	合格	微黄、 无味、 微浑浊
	化学需氧量	189	198	194	500	mg/L	合格	
	五日生化 需氧量	54.5	54.1	55.5	300	mg/L	合格	
	悬浮物	36	34	32	400	mg/L	合格	
	氨氮	23.7	28.1	26.0	45	mg/L	合格	
	总磷	1.73	1.68	1.80	8	mg/L	合格	
	总氮	36.3	36.1	35.5	70	mg/L	合格	
	石油类	ND	ND	ND	15	mg/L	合格	
	氟化物	0.33	0.33	0.34	20	mg/L	合格	
	氯离子	43.2	43.0	43.2	500	mg/L	合格	
	六价铬	ND	ND	ND	0.5	mg/L	合格	
	铜	ND	ND	ND	2	mg/L	合格	
	锌	0.071	0.082	0.098	5	mg/L	合格	
	镍	ND	ND	ND	1	mg/L	合格	
	铬	ND	ND	0.03	1.5	mg/L	合格	
	铁	0.35	0.35	0.52	5	mg/L	合格	

注: 1.“ND”表示低于方法检出限。

2.pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物标准限值依据《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 中三级标准; 氨氮、总磷、总氮、石油类、氟化物、氯离子、六价铬、铜、锌、镍、铬、铁标准限值依据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 中 A 级标准。

检测报告

报告编号

WXEPD230614346004CS

第 4 页 共 5 页

仪器信息

名称	型号	实验室编号
pH/mV/电导率/溶解氧测量仪	SX736	WXA16014
温度计	WBG-0-2	WXA10528
滴定管	25mL	WXA05304
生化培养箱	SHP-250	WXA01707
溶解氧测量仪	JPSJ-605F	WXA01602
电子天平	FA2004	WXA01510
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	WXA00803、00805、00806
红外分光测油仪	JLBG-129U	WXA00602
离子计	PXSJ-216	WXA01002
离子色谱仪	CIC-D120	WXA00705
电感耦合等离子体发射光谱仪	Optima8000	WXA06001

本次检测的依据:

产品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	---
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	0.05mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018	0.06mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	氯离子	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	0.007mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987	0.004mg/L
	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	0.04mg/L
	锌		0.009mg/L
	镍		0.007mg/L
	铬		0.03mg/L
	铁		0.01mg/L